



Adjudicación

Procedimiento: **B-CS-007-19** Objeto: **Compra de equipo RX odontológico.-**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
DENTAL SAN JUSTO S.A.							
1	BIO00231	EQUIPO RX ODONTOLOGICO MURAL TIJERA DE TRES BRAZOS. EQUIPO CON BRAZO DOBLE PANTÓGRAFO CON ARTICULACIONES QUE POSEAN BUJES DE BRONCE. CABEZAL GIRO 360°. BASE DEL EQUIPO EN ALEACION DE ALUMINIO, PARA MAYOR RESISTENCIA Y MENOR PESO.CARACTERISTICAS DISPARADOR: DIGITAL DE 0.05 A 3 SEGUNDOS. APTO RADIOVISIOGRAFO (RVG). POSEER DOS MODOS DE DISPARO: PULSADOR MANUAL CON CABLE EXTENSIBLE Y/O CONTROL REMOTO. INDICADOR SONORO Y DE LUZ AL MOMENTO DE LA EMISION. RETARDO DISPARO DE HASTA 10 SEGUNDOS. CARACTERÍSTICAS TECNICAS: ALIMENTACION 120-240V. FRECUENCIA: 50-60 HZ. CORRIENTE DE RED MAXIMO: 5.5 AMP. RENDIMIENTO: 70KV-8mA. DISTANCIA FOCAL: 20CM. DIAMETRO FOCAL: 6CM. RADIACION DE FUGA A 1M: menor a 0.5 mR/H. FILAMENTO DE TUBO 0.8X0.8MM. DISTANCIA BRAZO EXTENDIDO DESDE PARED HASTA SILLON DE 1.30 MTS. INCLUYE PLANCHETA PARA AMURAR EL EQUIPO A LA PARED Y COSTOS DE ENVÍOS AL DOMICILIO DEL HOSPITAL DE LA BAXADA. GARANTÍA DEL EQUIPO 2 AÑOS (DOS AÑOS) DESDE LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO EN EL HOSPITAL	1	\$ 47,000.00000	10.5	\$ 51,935.0000	\$ 51,935.000
						Total Proveedor	\$ 51,935.000

Renglones Solicitados: **1** Ofertados: **1** % Cumplimiento: **100.00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan:	1	Renglones que NO se Ajustan:	0	Renglones N°:
Renglones Adjudicados:	1	Renglones No Adjudicados:	0	Renglones N°:

Total Adjudicado **\$ 51,935.000**