Hospital de la Baxada
Doctora Teresa Ratto

Adjudicación

Procedimiento: **F-CS-026-20** **Objeto:** **Compra de Filtros para Espirómetro.-**

N°	Código	Descripción Producto	C.Adj	P.U.s/Iva	%IVA	P.U.c/Iva	Sub-Total
ROCIMEX S.R.L.							
1	DES00059	Filtros Biológicos para espirometría Mod. 30mm. Marca AM Systems. Con boquilla de cartón. Eficiencia en la eliminación bacterial (BRE): 99.99%. Eficiencia en la eliminación viral (VRE): 99.90%. Resistencia al flujo: 0,40 cm-H2O/ L/seg. (a 12 L/seg.) - Resistencia de flujo: 0,16 cm. H2O/L/seg. (promedio 0-12 L/ seg.).	300	$ 178.73303	10.5	$ 197.5000	$ 59,250.000
						Total Proveedor	**$ 59,250.000**

Renglones Solicitados: **1** Ofertados: **1** % Cumplimiento: **100.00%**

Renglones Desiertos x Falta de Ofertas: **0** Renglones N°:

Renglones que se Ajustan:	**1**	Renglones que NO se Ajustan:	**0**	Renglones N°:
Renglones Adjudicados:	**1**	Renglones No Adjudicados:	**0**	Renglones N°:

Total Adjudicado **$ 59,250.000**

Autoridad/es encargada/s de Adjudicar